

Универзитет у Крагујевцу
Број: VI-03-73/3
Датум: 09.04.2024. године

**ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ И
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
ПРОЈЕКАТ SMART-2М**

1. **НАЗИВ НАРУЧИОЦА:** УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
2. **АДРЕСА НАРУЧИОЦА:** Лицеја Кнежевине Србије 1А, 34000 Крагујевац
3. **ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА:** www.kg.ac.rs
4. **ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Установа у области високог образовања
5. **ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:** Поступак набавке на коју се закон не примењује, у складу са чланом 11. ЗЈН.
6. **ВРСТА ПРЕДМЕТА:** добра
7. **СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:** Медицинска и лабораторијска опрема у оквиру међународног пројекта SMART-2М, KIC EIT RawMaterials, European Institute of Innovation and Technology (EIT), EU, No. 10038. Спецификација се налази у прилогу овог Позива.
8. **КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:** „најнижа понуђена цена“
9. **НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:** Понуђач понуду подноси у коверти на адресу Наручиоца: Универзитет у Крагујевцу, Лицеја Кнежевине Србије 1А, 34000 Крагујевац са назнаком „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМА, ПАРТИЈА _____ – НЕ ОТВАРАТИ“
Понуду доставити најкасније до 15.04.2024. године до 14,00 сати.

Понуду доставити на меморандуму фирме (са општим подацима назив, пиб, матични број, адреса, одговорно лице), јединичне цене са и без ПДВ, као и укупне цене. Уколико Понуђач није у систему ПДВ-а, потребно је то нагласити у пон
10. **КОНТАКТ:** Ирена Петровић, е-маил адреса : irena.petrovic@kg.ac.rs
11. **ПЕРИОД ТРАЈАЊА УГОВОРА:** Уговор ће бити закључен на одређено време и траје до извршења обавеза од стране обе уговорне стране.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

PARTIJA 1. Oprema - modul za ispitivanje adhezije (adhesion tester module): 90° Peel Fixture koji meri adhezivnu snagu pri povlacenju adhezivne trake sa cvrste površine pri sili pod uglom od 90°. Modul za univerzalni analizator sile do 50 kg sa rezolucijom od 5 g (univerzalni Texture Analyzer). Brzina: 0.01-0.1mm/s (inkrement 0.01mm/s); 0.1 - 10mm/s (inkrement 0.1mm/s). Tacnost $\pm 0.1\%$ zadate brzine. Pozicija: 0-101.6mm. Rezolucija 0.1mm. Tacnost 0.1mm.

PARTIJA 2. Oprema - Merač površinske hrapavosti, minimum 10 parametara hrapavosti.

PARTIJA 3. Oprema - Optički mikroskop. Biološki Mikroskop sa trinokularnom glavom, okularima WF 10x / 22 LER, DIN Semiplan objektivima 4x, 10x, 40x i 100x (S, Oil), uvećanjem 40x, 100x, 400x i 1000x, donjim LED osvetljenje i ugrađenim prostorom za baterije. PLU 1792. Glava Trinokularna (uvid 30°, rotirajuća 360°). Optički materijal: Optičko staklo; Uvećanje 40x, 100x, 400x, 1000x (maks. 1600x sa opcionim okularom od 16x); Okulari WF 10x / 22 LER. Podešavanje dioptrijske ± 5 . Objektiv 45mm DIN semiplan 4x, 10x, 40x (S), 100x (S, Oil). Rastojanje između zenica (IPD) 55 do 75mm. Fokus: Koaksijalni mehanizam za grubo i fino fokusiranje: 30 mm; preciznost: 0.002 mm. Radni stočić 130x130mm, raspon kretanja X-Y: 70x50mm. Kondenzator ABBE (N.A. 1,25). Osvetljenje LED 1W. Napajanje 220V / 5V

PARTIJA 4. Oprema - termovizijska kamera. Termalna osetljivost: $< 0,15^{\circ}\text{C}$. Temperaturni opseg: -20°C do $+400^{\circ}\text{C}$. Tačnost: od $\pm 3^{\circ}\text{C}$ do $\pm 5^{\circ}\text{C}$. IC rezolucija: 160×120 . Polje vidljivosti: $55^{\circ} \times 43^{\circ}$. MSX Dodatne funkcionalnosti: video, fotografija, vremensko kašnjenje okidanja. PC interfejs: USB - C ili micro USB (zavisno od izabranog modela). Trajanje punjenja baterije: 40min.

PARTIJA 5. Oprema:

1. merac vlage materijala
2. merac vibracija